



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.29.006.A № 42362

Срок действия до 01 апреля 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи расхода индукционные микропроцессорные ПРИМ

ИЗГОТОВИТЕЛИ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Особое конструкторское бюро "Маяк" (ФГУП "ОКБ "Маяк"), г.Пермь, Общество с ограниченной ответственностью "Маяк-Дивайс" (ООО "Маяк-Д"), г.Пермь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 20893-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

Раздел 9 Руководства по эксплуатации КЛУБ.407112.002РЭ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

исполнение "П" - 1 год, исполнение "О" - 4 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01 апреля 2011 г. № 1548

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

В.Н.Крутиков



"11" 2011 г.

Серия СИ

№ 000304

Срок действия до 31 марта 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **31 марта 2016 г. № 390**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

2016 г.